

附件 1：公司资质要求

报价公司要求提供营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2：腔内气压弹道碎石机技术参数

一、空气压缩系统

1、供气系统

输入电压：a.c.220V，50Hz

电机功率：340VA

供气能力：50 升/分

供气压力：最大 0.8MPa

2、气动元件系统

A：金属元件：日本 SMC 生产

B：出入气管：日本 SMC 生产

二、控制箱

输入电压：a.c.220V，50Hz

输入功率：360VA

工作方式：单次或连续冲击

输入空气压力：最大 0.5Mpa

工作压力：0.15~0.40Ma(连续可调)

单次冲击周期：任意

多次冲击频率：1~12 次/秒

三、冲击针可供选择

1、建议范围：

1# ϕ 1.0mm 主要用于输尿管肾镜肾盂部位手术；

2# ϕ 1.2mm 主要用于输尿管肾镜手术；

3# ϕ 1.5mm 主要用于输尿管肾镜手术；

4# ϕ 2.0mm 开放手术使用，主要用于肾铸型结石；

2、使用材料：

由于手术过程中不停使用生理盐水灌注，所有冲击针选用航空用不锈钢材料制成
气源采用进口压缩机

气动元件系统采用日本 SMC